



均灵检测
JUNLING



JL/D-ZL-155

正本

检测报告

报告编号: JLJCK04250407B

委托单位: 江苏举世检测有限公司

受测单位: 宿迁宇新固体废物处置有限公司

项目名称: /

检测目的: /

检测类别: 环境空气委托检测

均灵检测技术服务(青岛)有限公司

(检验检测专用章)

检验检测专用章

3702150593026

检测结果

一、基本信息				
项目名称:	/			
项目地址:	江苏省宿迁市生态化工科技产业园规划路8号			
采样地址:	江苏省宿迁市生态化工科技产业园规划路8号			
样品来源:	现场采样	联 系 人:	汪倩	
检测类别:	委托检测	联系方式:	18552742490	
检测频次:	环境空气：每点位/1天，1次/天			
采样日期:	2025.05.16~2025.05.18	采样人员:	李良生、魏发军	
收样日期:	2025.05.23	检测日期:	2025.05.23~2025.06.09	
样品描述:	环境空气：PUF+滤膜、完好			
主要仪器:	仪器名称	仪器型号	仪器编号	校准有效期
	高分辨气相色谱-高分辨质谱联用仪	JMS-800D	JL-S-001	2025年09月25日
	环境空气二噁英采样器	ZR-3950	JL-X-020	2025年11月17日
检测依据:	HJ 77.2-2008 《环境空气和废气 二噁英类的测定 同位素稀释高分辨气相色谱- 高分辨质谱法》			

二、检测结果

样品编号	点位名称 (环境空气)	采样日期	检测浓度 (pg-TEQ/m ³)
KD2505170101	QW4	2025.05.16-05.17	0.072
KD2505180101	QW2	2025.05.17-05.18	0.11

注: 1.仅提供检测数据, 不做结论;
2.二噁英类同类换算见附录1。

编制人: 李舒羽

审核人: 刘东芳

签发人:



签发日期:

2025.05.18

附录1

样品编号: KD2505170101

采样日期: 2025年05月16日-05月17日

二噁英类	实测浓度(ρ_s)	样品检出限(ρ_{DL})	I-TEF	毒性当量浓度
	pg/m ³	pg/m ³	/	pg-TEQ/m ³
2,3,7,8-T ₄ CDD	0.017	0.0089	1	0.017
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.0071	0.0068	0.5	0.0036
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.032	0.022	0.1	0.0032
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	0.028	0.024	0.1	0.0028
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	N.D.	0.023	0.1	0.0011
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	N.D.	0.023	0.01	0.00011
O ₈ CDD	0.13	0.014	0.001	0.00013
2,3,7,8-T ₄ CDF	0.025	0.0081	0.1	0.0025
1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.033	0.0096	0.05	0.0017
2,3,4,7,8-P ₅ CDF	0.017	0.0075	0.5	0.0085
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.046	0.031	0.1	0.0046
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	N.D.	0.031	0.1	0.0015
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	0.051	0.031	0.1	0.0051
2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.18	0.031	0.1	0.018
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	0.22	0.027	0.01	0.0022
1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	N.D.	0.037	0.01	0.00018
O ₈ CDF	0.11	0.012	0.001	0.00011
二噁英类总毒性当量浓度 (pg-TEQ/m ³)				0.072

注: 1.实测浓度 (ρ_s): 二噁英类质量浓度测定值, pg/m³。
2.毒性当量因子 (TEF): 采用国际毒性当量因子I-TEF定义。
3.毒性当量浓度: 折算为相当于2,3,7,8,-T₄CDD的质量浓度, pg-TEQ/m³。
4.标态体积: 296.2934 m³。
5.当实测浓度低于样品检出限时用“N.D.”表示, 计算毒性当量浓度时以1/2样品检出限计算。

本页以下空白

样品编号: KD2505180101

采样日期: 2025年05月17日-05月18日

二噁英类	实测浓度(ρ _s)	样品检出限(ρ _{DL})	I-TEF	毒性当量浓度
	pg/m ³	pg/m ³	/	pg-TEQ/m ³
2,3,7,8-T ₄ CDD	0.029	0.0068	1	0.029
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	0.013	0.0062	0.5	0.0065
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	0.025	0.012	0.1	0.0025
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	N.D.	0.013	0.1	0.00064
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	0.021	0.012	0.1	0.0021
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	N.D.	0.015	0.01	0.000074
O ₈ CDD	0.11	0.0086	0.001	0.00011
2,3,7,8-T ₄ CDF	0.073	0.0066	0.1	0.0073
1,2,3,7,8-P ₅ CDF	0.079	0.017	0.05	0.0040
2,3,4,7,8-P ₅ CDF	N.D.	0.013	0.5	0.0032
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	0.081	0.028	0.1	0.0081
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	0.16	0.028	0.1	0.016
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	N.D.	0.030	0.1	0.0015
2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	0.24	0.029	0.1	0.024
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	N.D.	0.015	0.01	0.000074
1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	0.031	0.022	0.01	0.00031
O ₈ CDF	N.D.	0.0079	0.001	0.0000039
二噁英类总毒性当量浓度 (pg-TEQ/m ³)				0.11

注: 1.实测浓度 (ρ_s): 二噁英类质量浓度测定值, pg/m³。
2.毒性当量因子 (TEF): 采用国际毒性当量因子I-TEF定义。
3.毒性当量浓度: 折算为相当于2,3,7,8,-T₄CDD的质量浓度, pg-TEQ/m³。
4.标态体积: 293.3356 m³。
5.当实测浓度低于样品检出限时用“N.D.”表示, 计算毒性当量浓度时以1/2样品检出限计算。

本页以下空白

报告说明

- 1.本报告未加盖本单位CMA专用章、检验检测专用章及骑缝章无效。
- 2.本报告无编制人、审核人、批准人三级签字无效。
- 3.未经本单位书面批准，不得复印本报告。经同意复制的复印件，应加盖检验检测专用章确认。
- 4.本报告涂改增删无效，各种形式篡改均属无效。
- 5.由委托单位自行采集并送检的样品，本单位仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责；检测条件和工况变化大的样品、无法保存和复现的样品，本单位仅对本次所采样样品的检测数据负责。
- 6.报告不加盖CMA章或检测内容声明不在CMA范围内，结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用，不对社会出具证明作用。
- 7.未经本单位书面允许，本检测报告不得用于各类广告宣传和公开传播等用途。
- 8.如果客户对本报告有异议，请于报告发出之日起15日内提出异议，逾期不予受理。
- 9.检测单位信息：

注册地址：山东省青岛市高新区锦业路1号蓝贝智造工场D5楼401

公司邮箱：junlingjiance@163.com

邮政编码：266111

投诉建议：18661796472

*****报告结束*****